



T Moxi Kiss Pro, T Moxi Kiss 800, T Moxi Kiss 700, T Moxi Kiss 600, T Moxi Kiss 500  
Gamme d'écouteurs 312 intraauriculaires



Moxi Kiss

## SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musique	•	•			
	Bruit	•	•	•		
	Conversation dans une foule	•	•	•		
	Conversation en petit groupe	•	•	•		
	Conversation dans le calme	•	•	•	•	
	Conversation dans le bruit	•	•	•	•	
	Calmé	•	•	•	•	
	Environnement global	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro	SpeechPro	•	SpeechZone 2	SpeechZone		
	Localisateur de voix	•	•	•		
	Concentration sur la voix	•				
	Perception spatiale dynamique	•				
Sound Conductor	Amélioration de la parole	•	•	•	•	•
	Réduction du bruit	•	•	•	•	•
	Directivité adaptative		Multibande	Multibande	Multibande	•
Perception spatiale	Perception spatiale	Dynamique	Personnalisée	•		
	Effet pavillon				•	•

## Stabilisation du son

	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Gestion du vent	•	•	•	•	•
	Gestion de l'effet Larsen	•	•	•	•	•
	Équilibre sonore naturel	•	•	•	•	•

## Expérimenter des innovations

Commentaires clients	Log It All	•	•	•	•	•
	Évaluations clients	•	•	•	•	•
	Enregistrement des données	•	•	•	•	•
Flex	Flex:trial	•	•	•	•	•
	Flex:upgrade	•	•	•	•	•

## Commodité


	DuoLink	•	•	•	•	•
	Easy-t	•	•	•	•	•
	Programme téléphonique binaural	•	•	•	•	

## Appareillage


	Gestionnaire de l'adaptation automatique	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaural	Binaural	•	•	•
	Compression fréquentielle	•	•	•	•	•
	Masqueur d'acouphènes	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Programmes de transmission sans fil	•	•	•	•	•
	Programmes manuels	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 et DSLv5	•	•	•	•	•
	Canaux d'appareillage	20	20	16	10	6

Moxi Kiss est certifié IP 57


## Guides d'appareils



Écouteur standard (xS)



Écouteur puissant (xP)



Écouteur superpuissant (xSP)

- Dôme ouvert
- Dôme fermé
- Dôme puissance ou embout

## Données techniques de coupleur ANSI 3.22 2014/IEC 60118-7 2005 2CC

Fréquence référence d'essai - IEC 60118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
<b>OSPL90</b>			
Maximum (dB SPL)	111	124	125
HFA - OSPL90 (dB SPL)	106	119	120
À la FRE (dB SPL)	105	121	125
<b>Gain maximum (entrée 50 dB SPL)</b>			
Maximum (dB)	47	57	62
HFA - FOG (dB)	40	50	56
À la FRE (dB)	40	52	62
<b>Réglages de mesure de référence (RMR)</b>			
Plage de fréquence (Hz)	<100 - 8500	<100 - 7300	<100 - 5500
Gain référence d'essai (dB)	29	42	43
Consommation au RMR (mA)	1.15	1.25	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	160	140	150
Bruit d'entrée équivalent au RMR (dB SPL)	19	18	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5
<b>Compatibilité électromagnétique</b>			
Immunité EMC en fonction d'ANSI c63.19-2011 EMC, omni	M4	M4	M4

## Données techniques de coupleur par spectrométrie optique IEC 60118-0 OES

Fréquence référence d'essai - IEC 60118-0 (kHz)	1.6	1.6	1.6
<b>OSPL90</b>			
Maximum (dB SPL)	122	133	135
À la FRE (dB SPL)	114	130	134
<b>Gain maximum (entrée 50 dB SPL)</b>			
Maximum (dB)	58	67	71
À la FRE (dB)	48	62	70
<b>Réponse en fréquence de base</b>			
Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)	<100 - 9500	<100 - 6700	<100 - 5100
Gain référence d'essai (dB)	39	55	59
Consommation au GRE (mA)	1.15	1.2	1.2
Durée moyenne de la pile (h)	160	150	150
Bruit d'entrée équivalent au GRE (dB SPL)	19	19	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5
<b>Compatibilité électromagnétique</b>			
Immunité EMC en fonction d'IEC 60118-13 2011, intensité de champ 90/50/35 V/m, omni, IRIL bande basse/moyenne/haute (dB SPL)	22/22/22	20/27/30	30/15/18

## Légende

- Écouteur xS
- Écouteur xP
- Écouteur xSP

## Conditions de test

Taille de la pile : 312 ; source de : 1,3 V  
 Les données ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3.7-1995) ou un stimulateur d'oreille obstruée (EN 60711, couplage suivant fig. 4 du test standard). L'instrument auditif a été réglé pour les tests TrueFit d'Unitron. Expansion de faible niveau (LLE) est appliquée à un niveau d'environ 35 dB Niveau de pression sonore (SPL). Les dômes ne doivent jamais être installés sur des clients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux canaux auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous recommandons l'utilisation d'un embout auriculaire sur mesure. Le niveau de pression sonore de ces instruments auditifs dépasse 132 dB SPL. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.